



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

№ ФСР 2009/04073

от 28 января 2009 года

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Нейрософт"
(ООО "Нейрософт"), Россия,
153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5
и подтверждает, что медицинское изделие
Комплексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭЭГ,
ВП и ЭМГ по ТУ 9441-014-13218158-2006
производства

Общество с ограниченной ответственностью "Нейрософт"
(ООО "Нейрософт"), Россия,
153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5
место производства:

153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5

класс потенциального риска 2б

ОКП 94 4110

вид медицинского изделия –

соответствующее регистрационному досье № 46541 от 16.10.2008

приказом Росздравнадзора от 28 января 2009 года № 494-Пр/09

и приказом от 06 сентября 2013 года № 4711-Пр/13 о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Приложение: на 1 листе

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения




М.А. Мурашко

0003177

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
№ ФСР 2009/04073

Лист 1

- "Нейрон-Спектр-1" с 8-ю каналами ЭЭГ, возможностью съема ЭКГ по поликаналу и мониторным каналом дыхания;
- "Нейрон-Спектр-2" с 16-ю каналами ЭЭГ, возможностью съема ЭКГ/ЭМГ/ЭОГ/КГР по поликаналу, мониторным каналом дыхания и каналами фото-, фоностимуляции и стимуляции обращаемым шахматным паттерном;
- "Нейрон-Спектр-3" с 19-ю каналами ЭЭГ, возможностью съема ЭКГ/ЭМГ/ЭОГ/КГР по поликаналу, мониторным каналом дыхания и каналами фото-, фоностимуляции и стимуляции обращаемым шахматным паттерном;
- "Нейрон-Спектр-4" с 21-м каналом ЭЭГ, возможностью съема ЭКГ/ЭМГ/ЭОГ/КГР по поликаналу, мониторным каналом дыхания и каналами фото-, фоностимуляции и стимуляции обращаемым шахматным паттерном;
- "Нейрон-Спектр-4/П" с 21-м каналом ЭЭГ, возможностью съема ЭКГ/ЭМГ/ЭОГ/КГР по четырем поликаналам, мониторным каналом дыхания и каналами фото-, фоностимуляции и стимуляции обращаемым шахматным паттерном;
- "Нейрон-Спектр-4/ВП" с 21-м каналом ЭЭГ, возможностью съема ЭКГ/ЭМГ/ЭОГ/КГР по четырем поликаналам, мониторным каналом дыхания и каналами фото-, фоностимуляции, токовой стимуляции и стимуляции обращаемым шахматным паттерном;
- "Нейро-ЭМГ-Микро" с двумя каналами ЭМГ и каналом токовой стимуляции;
- "Нейро-ЭМГ-Микро" с четырьмя каналами ЭМГ и каналом токовой стимуляции.



Приказом от 06 сентября 2013 года № 4711-Пр/13 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

28 января 2009 года



М.А. Мурашко

0002808